



INTI



**Instituto Nacional de Tecnología Industrial**  
**Programa de Metrología Legal**



Ministerio de Producción  
Presidencia de la Nación

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KMA  
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400  
Internet: <http://www.inti.gov.ar> e-mail: [metrologialegal@inti.gov.ar](mailto:metrologialegal@inti.gov.ar)

**CERTIFICADO N° 068**

**MARTIN EMILIO MOLINARI**

Inscripción N° 7626

Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** ( punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT ) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.

Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2017

Dr. Héctor Laiz

Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Válido hasta el 28 de Septiembre de 2018



# CERTIFICADO N° 068 MARTIN EMILIO MOLINARI

Inscripción N° 7626  
ANEXO 1

PAGINA 1/1

Modelo	Código de aprobación de modelo	Expediente	Características metrológicas
Saf' IR Evolution	ET.10 - 2253	S01: 0007475/2016	Rango de medición: 0,00 g/l a 3,00 g/l. Temperatura de operación: -10 a 50 °C. Tiempo de precalentamiento: 1 a 4 min.
Saf' IR Evolution Con dispositivo de impresión	ET.20 - 2254	S01: 0007475/2016	Rango de medición: 0,00 g/l a 3,00 g/l. Temperatura de operación: -10 a 50 °C. Tiempo de precalentamiento: 1 a 4 min.

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2017

Válido hasta el 28 de Septiembre de 2018